



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO HRAEZ-LP-002-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y MATERIALES DE ALTA ESPECIALIDAD PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO.

EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS Y ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, UBICADA EN CARRETERA ZUMPANGO JILOTZINGO NO. 400 BARRIO DE SANTIAGO SEGUNDA SECCIÓN, ZUMPANGO ESTADO DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE: LIC. ANAKAREN CORTES COTTLE, SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE PARA PRESIDIR EL PRESENTE ACTO, EL DR. EZEQUIEL ITURBIDE MORALES, DIRECTOR MÉDICO DE ESTE HOSPITAL; ASÍ MISMO SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA EMPRESA ASESORES MÉDICOS BIOLÓGICOS, SA DE CV Y VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y ARTICULOS 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80 Y 81 DE SU REGLAMENTO, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO HRAEZ-LP-002-2016 BAJO LA SIGUIENTE:

ORDEN

- 1.-LECTURA DEL REGISTRO DE ASISTENCIA
- 2.-OBJETO DE LA JUNTA
- 3.-ACLARACIONES DE ORDEN TÉCNICO
- 4.-ACLARACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

5.-EN SU CASO, MODIFICACIONES A LOS PLAZOS Y TERMINOS DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES, QUE NO CAMBIEN DE MANERA SUSTANCIAL LAS MISMAS

6.-DECLARACION DE QUE SE DIO RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS

7.-DECLARACION DE LA TERMINACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIERRE DE ACTA

8.- FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y, EN SU CASO, DE LOS INTERESADOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL ACTO

DESAHOGÁNDOSE LOS PUNTOS ANTERIORES DE LA FORMA SIGUIENTE:

1.-SE DA LECTURA AL REGISTRO DE ASISTENCIA, ANEXANDO LA LISTA RESPECTIVA

2.-EL OBJETO DE LA JUNTA:

ES ACLARAR TODAS LAS PREGUNTAS QUE LAS EMPRESAS OFERENTES TENGAN RESPECTO DE LOS BIENES QUE SE SOLICITAN DE ACUERDO A LAS BASES EMITIDAS.

3.-SE DA POR RECIBIDAS Y PRESENTADAS LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS BASES.

4.-ACLARACIONES DE ASPECTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO

EMPRESA: ASESORES MÉDICOS BIOLÓGICOS, SA DE CV.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

1. NUMERAL 1.3.1.2. PLAZO DE ENTREGA. ÚNICA ENTREGA: EL 100% DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN.

EN EL CASO ESPECIFICO DE LA PARTIDA ÚNICA TRES HEMODINAMIA. SE DEBERÁ SURTIR DE ACUERDO A LA PETICIÓN ESPECÍFICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

PREGUNTA: EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA PARTIDA ÚNICA TRES (HEMODINAMIA) Y DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA ENTREGAR FACTURA POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS Y CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SIENDO A SU CONSIDERACIÓN QUE SE PUEDAN ENTREGAR PARCIALIDADES DE 20% EN 20% CONFORME A LA PETICIÓN ESPECÍFICA DE LA SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL. ESTO PARA GARANTIZAR EL ABASTO OPORTUNO DE ACUERDO AL CONSUMO Y REQUERIMIENTO DEL ÁREA Y EVITAR PRODUCTOS CADUCOS. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS PRESENTAN TIEMPOS CORTOS DE VIDA ÚTIL POR NATURALEZA.

ACLARACIÓN:

LACONVOCANTE ACEPTA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA, UNA PRIMERA ENTREGA DEL 50% DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN BASES Y EL 50% RESTANTE 4 MESES DESPÚES DE LA PRIMERA ENTREGA DENTRO DEL MISMO PLAZO SEÑALADO EN BASES.

2.- NUMERAL 1.3.1.2 PLAZO DE ENTREGA. ÚNICA ENTREGA: EL 100% DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN.

EN EL CASO ESPECIFICO DE LA PARTIDA ÚNICA TRES HEMODINAMIA. SE DEBERÁ SURTIR DE ACUERDO A LA PETICIÓN ESPECÍFICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO, YA QUE MUCHOS PRODUCTOS SON DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

FAVOR DE APEGARSE A BASES.

**SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

3. NUMERAL 1.3.2.SUB. 1.3.2.3. VIGENCIA DE LOS PRECIOS.LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA MODIFICAR LOS PRECIOS DEL CONTRATO EN CASO DEL AUMENTO DEL DÓLAR. DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS SON DE IMPORTACIÓN, Y TODO SE COTIZA EN DÓLARES, LOS COSTOS DE CADA PRODUCTO VARÍAN MUCHO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

NO SE ACEPTA YA QUE ES UN CONCURSO A PRECIOS FIJOS.

4. NUMERAL 4.2 SUBÍNDICE 4.2.1. LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN DESCRITO EN EL ANEXO UNO DE LAS PRESENTES BASES, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS, MARCAS, TIPOS, MODELOS, CANTIDADES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA DEPENDENCIA QUE PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ÚNICAMENTE SE ESPECIFIQUE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA, MARCA, MODELO Y CANTIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA SU PROPUESTA.

5.- NUMERAL 5.2 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. LOS LICITANTES, DEBERÁN PRESENTAR LAS MUESTRAS DE LOS SUMINISTROS MÉDICOS QUE SOLICITE LA CONVOCANTE DEL 100%DE LAS PARTIDAS COTIZADAS CONFORME AL ANEXO UNO CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE CADA PARTIDA.

PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EL 100% DE LAS PARTIDAS COTIZADAS CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE CADA UNA DE ESTAS Y QUE EN CASO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

6.-ANEXO UNO-A NUMERAL II. REQUISITOS TÉCNICO- MÉDICOS. QUE A LA LETRA DICE: PARA TODOS LOS INSUMOS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE COMPLETA SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS DEL REGISTRO SANITARIO... () ASÍ COMO, CATÁLOGOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS ORIGINALES O COPIAS SIMPLES (ANVERSO Y REVERSO) COMPLETAS Y LEGIBLES EN IDIOMA ESPAÑOL DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS OFERTADOS, ANOTANDO EL NÚMERO DE PARTIDA CORRESPONDIENTE DEL ANEXO UNO... () Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, DEBERÁ ANEXARSE LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A REFERENCIAR DE MANERA ÍNTEGRA.

PREGUNTA: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE “TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL” ÚNICAMENTE DE LO QUE SE REFERENCIA DE LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA, OPCIONAL SIN AFECTAR A LOS DEMÁS LICITANTES.

7.- ANEXO UNO-A NUMERAL II. REQUISITOS TÉCNICO- MÉDICOS. QUE A LA LETRA DICE: PARA TODOS LOS INSUMOS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE COMPLETA SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y RASPADURAS DEL REGISTRO SANITARIO... () ASÍ COMO, CATÁLOGOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS ORIGINALES O COPIAS SIMPLES (ANVERSO Y REVERSO) COMPLETAS Y LEGIBLES EN IDIOMA ESPAÑOL DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS OFERTADOS, ANOTANDO EL NÚMERO DE PARTIDA CORRESPONDIENTE DEL ANEXO UNO... () Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, DEBERÁ ANEXARSE LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A REFERENCIAR DE MANERA ÍNTEGRA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR HOJAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS O MANUALES, YA QUE ALGUNO DE ELLOS ABARCAN MÁS DE 600 HOJAS. ESTO CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL EVENTO, YA QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARAN “COMPLETOS” DICHS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA, OPCIONAL SIN AFECTAR A LOS DEMÁS LICITANTES.

**SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

8.- ANEXOUNO-A. II. REQUISITOS TÉCNICOS-MÉDICOS

PARA EL TEMA DE LAS CARTAS DE APOYO, SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DIRECTO DEL FABRICANTE EN HOJA ORIGINAL MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE EL APOYO PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

9.- ANEXOUNO-A. II. REQUISITOS TÉCNICOS-MÉDICOS

PARA EL TEMA DE LAS CARTAS DE APOYO, SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA COMERCIALIZADORA O DISTRIBUIDOR NO DIRECTO DEL FABRICANTE, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR DIRECTO EN HOJA ORIGINAL MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE EL APOYO PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. ASIMISMO, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DIRECTO DEL FABRICANTE HACIA EL DISTRIBUIDOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

SE ACLARA QUE UNICAMENTE BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR DIRECTO AL LICITANTE, DEBIDAMENTE MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

PREGUNTAS TÉCNICAS

10.-PARTIDA 1. PUNTO 1.35. GUÍA SENSOR DUAL-FLEX PTFE NITINOL CON PUNTA HIDROFILICA DE 1CM, 0.035 IN X 150 CM, PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PUNTA HIDROFILICA DE 1 CM HACE REFERENCIA QUE LA GUÍA PRESENTE UN EXTREMO PROXIMAL FLEXIBLE DE 10 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



**SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

11.-PARTIDA 1.PUNTO 1.40.KIT DE ACCESO PERCUTÁNEO INCLUYE CATÉTER COLA DE COCHINO DE 12 FR X 30CM

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CATÉTER COLA DE COCHINO DE 12 FR X 27 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, LO CUAL NO AFECTA EL USO DESTINADO DE ESTE PRODUCTO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA, OPCIONAL SIN AFECTAR A LOS DEMAS LICITANTES.

12. PARTIDA 1.PUNTO 1.41.KIT DE ACCESO PERCUTÁNEO INCLUYE CATÉTER TIPO MALECOT DE 14FR X 30 CM

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CATÉTER TIPO MALECOT DE 14FR X 25 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, LO CUAL NO AFECTA EL USO DESTINADO DE ESTE PRODUCTO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA, OPCIONAL SIN AFECTAR A LOS DEMAS LICITANTES.

13.- PARTIDA 3.PUNTO 3.14.SISTEMA LIBERADOR DE DE COLIS

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SE HACE REFERENCIA A UN SISTEMA LIBERADOR DE COILS

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

14. EQUIPO 1. EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS PUNTO 1.3.

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SELLADO DE VASOS DE HASTA 3 MM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

ACLARACIÓN:

NO SE ACEPTA, REMITIRSE A BASES.

15.- PARTIDA 1. UROLOGÍA PUNTO 1.24

PREGUNTA: ¿ES POSIBLE PRESENTAR UNA AGUJA DE 3.0 MM?

ACLARACIÓN:

NO SE ACEPTA.

16.- EQUIPO 4. URETEROSCOPIO FLEXIBLE.PUNTO 4.2

PREGUNTA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN URETEROSCOPIO CON DOS CANALES DE TRABAJO INDEPENDIENTES DE 2.0 FR CADA UNO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

NO SE ACEPTA REMITIRSE A BASES.

17.-PARTIDA 1.PUNTO 1.36.GUÍA SENSOR DUAL-FLEX PTFE NITINOL CON PUNTA HIDROFILICA DE 1CM, 0.038 IN X 150 CM, PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PUNTA HIDROFILICA DE 1 CM HACE REFERENCIA QUE LA GUÍA PRESENTE UN EXTREMO PROXIMAL FLEXIBLE DE 10 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

EMPRESA: VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV.

1.- TODAS LAS BASES CONVOCATORIA. EL LICITANTE DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS ANEXOS EXCLUSIVAMENTE, PARA LO QUE DEBERÁ REPRODUCIR LOS MODELOS DE ESTOS ANEXOS O EN SU CASO, PODRÁ SITEMATIZARLOS... () SE DEBERÁ ENTREGAR CADA PROPUESTA TANTO EN IMPRESIÓN COMO EN DISCO FLEXIBLE.

**SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

PREG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA COMO LA ECONÓMICA SEA GUARDADO EN UNA SOLA USB Y/O DISCO COMPACTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA, OPCIONAL SIN AFECTAR A LOS DEMÁS LICITANTES.

2.- NUMERAL 6.2 CAUSAS DE DESECHAMIENTO. SUBÍNDICE 6.2.7. EL SUPRIMIR Y/O MODIFICAR EL CONTENIDO DEL ANEXO DOS Y A FALTA DE CONGRUENCIAS E INCONSISTENCIAS DE LOS DATOS QUE APARECEN EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON LO ASENTADO EN DICHO ANEXO.

PREG. EN DICHO ANEXO “DOS”, HAY INFORMACIÓN EN EL PRIMER PÁRRAFO QUE NO CORRESPONDE AL NÚMERO DE LICITACIÓN NI AL GIRO DE ADQUISICIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEDUCIMOS QUE EXISTE ERROR, POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS REPRODUCIR ESTE FORMATO CON LOS DATOS CORRECTOS DE LA LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE ADECUAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN AL ESCRITO ANEXO DOS.

3.- NUMERAL 5.2. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

PREG. SE ENTIENDE QUE LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR LAS MUESTRAS POR FAMILIA Y NO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON IDENTIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN MARBETE.

4.-NUMERAL 1.3.2 CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ADQUISICIÓN

1.3.2.1 FORMA DE PAGO

PREG. ES CORRECTO ENTENDER QUE AL ENTREGAR UNA PARCIALIDAD DE LOS PRODUCTOS DENTRO DEL PERIODO ESTIPULADO, EL HOSPITAL PODRÁ TRAMITAR UN ANTICIPO EN EL PAGO DEL CONTRATO, ESTO DERIVADO DE PROCESOS LICITATORIOS ANTERIORES.

ACLARACIÓN:

SE DARA TRAMITE CONFORME AL PUNTO 12.3 DE LAS PRESENTES BASES.



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

5.- ANEXO UNO-A. II. REQUISITOS TÉCNICOS-MÉDICOS

SIN NUMERAL

PREG. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA EMPRESA ADJUDICADA, DEBERÁ CONTAR CON UN ING. BIOMÉDICO O CON CARRERA A FIN EN SITIO (PRESENTAR TÍTULO O CÉDULA PROFESIONAL EN LA APERTURA DE PROPUESTAS), DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 PARA APOYAR CON CUALQUIER DUDA O INCIDENCIA RELACIONADA A LOS EQUIPOS QUE ESTARÁN EN MODALIDAD DE COMODATO EN EL HOSPITAL.

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

6. EQUIPO 2. EQUIPO LASER VERDE PARA TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA (HBP)

PUNTO 2.10

PREG. SE SOLICITA AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA PENETRACIÓN ÓPTICA DE 0,5 MM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA SU PROPUESTA.

7.- EQUIPO 2. . EQUIPO LASER VERDE PARA TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA (HBP)

PUNTO 2.6

PREG. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA DISTANCIA DE TRABAJO DE 0.7 A 3.0 MM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

ACLARACIÓN:

SE ACEPTA SU PROPUESTA.



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

8. PARTIDA 1.PUNTO 1.43. SISTEMA DE PISO PÉLVICO
PREG: ES CORRECTO ENTENDER QUE POR SISTEMA DE PISO PÉLVICO SE HACE REFERENCIA A UN SISTEMA DE SOPORTE VAGINAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

ACLARACIÓN:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

5.-MODIFICACION SI ES PROCEDENTE A LAS BASES PRESENTADAS.

LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS, COMO PARTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

6.-DECLARACION QUE SE DIO RESPUESTA A TODOS LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS.

SE DECLARA QUE SE DIO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS OFERENTES.

7.-DECLARACION DE LA TERMINACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y CIERRE DE ACTA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO ESTA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO HRAEZ-LP-02-2016, SIENDO LAS DOCEE HORAS CON TRENTA MINUTOS, DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2016, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERÓN.

**SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA + LOGRA
enGRANDE

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

ASISTENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LIC. LIC. ANAKAREN CORTES
COTTLE
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES Y SERVIDOR PUBLICO
DESIGNADO POR LA CONVOCANTE

DR. EZEQUIEL ITURBIDE
MORALES
DIRECTOR MÉDICO
EN REPRESENTACIÓN DEL
ÁREA USUARIA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA: ASESORES MÉDICOS BIOLÓGICOS, SA DE CV.

C. RUBÉN CORONA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA: VENSÍ VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, SAPI DE CV.

C. JOSÉ A. GARCÍA DÍAS
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES