



“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO CAS/029E/16
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las doce horas del día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en calle Francisco Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank González; la C. Jesica Dayanira Cherizola Espinosa; Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Servicios; el C. José Emmanuel Martínez Cotero; Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios; la C. Ma. Angélica Anides Elizalde, Representante de la Unidad Jurídica y Consultiva, en su Calidad de Vocal Suplente; el C. Pedro Ramírez del Ángel, Representante de la Coordinación de Finanzas, en su calidad de Vocal Suplente; y la C. Yali Orihuela Camacho, Representante de la Coordinación de Servicios de Salud, en su Calidad de Vocal Suplente (Área Usuaría); de quienes manifiestan que sus nombramientos no les han sido revocados; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22 y 23 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 44 de su Reglamento así como el artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, asistieron para celebrar la Sesión Extraordinaria número CAS/029E/16 del Comité de Adquisiciones y Servicios, la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Declaratoria del Quórum.
3. Asunto que se Somete a Consideración del Comité:
 - 3.1 Análisis y Evaluación de Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial LPN/ISSEMYM/025/2016, Referente a la Adquisición 2016 de Instrumental Médico de Otorrinolaringología para Tres Unidades Médicas.

En atención al primer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité, verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalados en el proemio de la presente Acta.

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quienes fueron convocados mediante oficios números 203F 61000/2827/2016, 203F 61000/2828/2016, 203F 61000/2829/2016 y 203F 61000/2830/2016. No asistiendo el Representante de la Unidad de Contraloría Interna.

En atención al tercer punto del orden del día, el Presidente Suplente del Comité instruyó al Secretario Ejecutivo para que procediera a desahogar el asunto que se somete a comité recayendo el siguiente acuerdo correspondiente:

- 3.1 El Secretario Ejecutivo a petición de la Coordinación de Servicios de Salud, presentó ante el Comité la documentación para el Análisis y Evaluación de Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial LPN/ISSEMYM/025/2016, Referente a la Adquisición 2016 de Instrumental Médico de Otorrinolaringología para Tres Unidades Médicas.

El Comité de Adquisiciones y Servicios llevó a cabo el Análisis y Evaluación de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/025/2016, Referente a la Adquisición 2016 de Instrumental Médico de Otorrinolaringología para Tres Unidades Médicas.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

[Handwritten signatures and initials]
1/19



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

En fecha 26 de agosto de 2016, se recibió la valoración técnica por parte de la Titular de la Dirección de Gestión y Control en su calidad de Vocal Suplente y Área Usuaria mediante oficio No. 203F 32000/DGC/1967/2016, de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, derivado del cual y conjuntamente con el análisis del Comité de Adquisiciones y Servicios se desprende lo siguiente:

Propuestas que se desechan:

De conformidad con los artículos 37 de la Ley, 87 de su Reglamento y punto 7.6 de las bases del procedimiento en mención, el Comité de Adquisiciones y Servicios desecha las siguientes propuestas como a continuación se menciona:

- Dewimed, S.A., se desecha su propuesta, para las siguientes partidas toda vez que incumple con los siguientes puntos:

Punto 5.2.1, de las bases, donde se solicita *"La descripción detallada de los bienes ofertados, considerando la partida, clave del artículo, unidad de medida y cantidad solicitada en el ANEXO UNO...";* así como numeral 5 del ANEXO UNO A, donde se solicita que *"Deberá presentar catálogos, manuales o instructivos originales o copia sencilla legible, anotando en el documento el número de partida correspondiente, haciendo referencia a la descripción técnica del ANEXO UNO"*, conforme a lo siguiente:

• PARTIDA 1

Se solicita en el ANEXO UNO *"ABREBOCA JENNINGS CON CREMALLERA ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO TAMAÑO ESTANDAR"*, y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 3

Se solicita en el ANEXO UNO *"ADENOTOMO BECKMANN TRES TAMAÑOS DE ACERO INOXIDABLE"*, y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 4

Se solicita en el ANEXO UNO *"ADENOTOMO LAFORCE DE CANASTILLA DESARMABLE CON HOJA CORTANTE CURVA TAMAÑO LACTANTE PEQUEÑO MEDIANO GRANDE DE TRES TAMAÑOS"*, y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 8

Se solicita en el ANEXO UNO *"AMIGDALOTOMO BRUNINGS DE ACERO INOXIDABLE"*, y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 9

Se solicita en el ANEXO UNO *"AMIGDALOTOMO TYDING RECTO DE ASA DE ALAMBRE CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETRO"*, y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

- PARTIDA 10

Se solicita en el ANEXO UNO, "*BISTURI FALCIFORME PARA NIÑO Y DE ACERO INOXIDABLE*" y el licitante no cumple ni en su catálogo ni en su propuesta técnica con lo solicitado en bases ya que presenta "*BISTURI FALCIFORME SEGÚN PLESTER DE DOBLE FILO*" sin especificar para "NIÑO" ni "DE ACERO INOXIDABLE", por lo que no cumple con las características solicitadas en bases.

- PARTIDA 11

Se solicita en el ANEXO UNO, "*BISTURI FALCIFORME PUNTIAGUDO DE ACERO INOXIDABLE*", y el licitante presenta "*BISTURI LARINGEO FORMA FALCIFORME CURVADO*" en su propuesta técnica, y en catálogo no especifica "LARINGEO" por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

- PARTIDA 13

Se solicita en el ANEXO UNO, "*BISTURI LARINGEO CURVO*" y el licitante presenta "*BISTURÍ LARÍNGEO OVALADO ANGULADO ANGULO de 45º*" en su propuesta técnica y en catálogo, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

- PARTIDA 14

Se solicita en el ANEXO UNO "*BISTURI LARINGEO QUIRURGICO RECTO*", y el licitante presenta "*BISTURI LARINGEO RECTO*" en su propuesta técnica y en el catálogo presenta "*BISTURI LARINGEO OVALADO RECTO*", por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

- PARTIDA 16

Se solicita en el ANEXO UNO "*CANULA ACODADA PARA TABIQUE NASAL CON CIERRE LUER*", y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

- PARTIDA 17

Se solicita en el ANEXO UNO "*CÁNULA DE ASPIRACIÓN HOUSE ANGULADA JUEGO DE DIFERENTES DIÁMETROS 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 MM*"; y el licitante en el catálogo "NO PRESENTA LOS DIÁMETROS SOLICITADOS", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 23

Se solicita en el ANEXO UNO "*CUCHARILLA BECKMANN PARA ADENOIDES DEL NUMERO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 (DE SEIS PIEZAS)*" y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases..

- PARTIDA 24

Se solicita en el ANEXO UNO "*CUCHARILLA HALLE CON TALLO FLEXIBLE Y COPA DE 7, 9 Y 11 MM DE TRES PIEZAS*" y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 26

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHARILLA LEMPERT 20 CM DE LONGITUD NUMERO 0, 00, 1 Y 2 DE CUATRO PIEZAS", y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 28

Se solicita en el ANEXO UNO, "CUCHILLO EN HOZ PUNTIAGUDO DE LONGITUD DE TRABAJO DE 190 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "BISTURI LARINGEO FALCIFORME CURVADO" y en el catálogo presenta "BISTURI LARINGEO OVALADO RECTO", HACIENDO REFERENCIA A LA PARTIDA 14, por lo cual NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA, por lo que no cumple con el catálogo y propuesta técnica.

• PARTIDA 30

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO KLEINSASSER AGUDO", y el licitante presenta en su propuesta técnica y en el catálogo presenta "BISTURI LARINGEO SEGÚN KLEINSASSER" por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 31

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO KLEINSASSER CURVO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "BISTURI LARINGEO OVAL ANGULADO SEGÚN KLEINSASSER" y en el catálogo presenta "BISTURI LARINGEO OVALADO ANGULADO EN ANGULO DE 45°" por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 32

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO KLEINSASSER RECTO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "BISTURI LARINGEO AFILADO REDONDO SEGÚN KLEINSASSER" y en el catálogo presenta "BISTURI LARINGEO AFILADO REDONDO CORTE VERTICAL" por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 33

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO KLEINSASSER RECTO PUNTA OVAL", y el licitante presenta en su propuesta técnica "BISTURI LARINGEO OVAL RECTO SEGÚN KLEINSASSER" y en el catálogo presenta "BISTURI LARINGEO OVALADO RECTO" por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 35

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO TABB DOBLE EXTREMO ANGULADO A 90° LONGITUD TOTAL 160 MM" y el licitante no cumple ni en su catálogo ni en su propuesta técnica con lo solicitado en bases, ya que presenta "CUCHILLO TABB DOBLE EXTREMO ANGULADO A 90° LONGITUD TOTAL 150 MM", LA MEDIDA ES MENOR A LO SOLICITADO, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 40

Se solicita en el ANEXO UNO "DIAPASÓN HARTMAN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN TONO DE DO. JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128 256 512 1024 2048 Y 4094 HZ.", y en la junta de aclaraciones se precisó la característica del bien, de ser "juego de 6 piezas"; el licitante

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

[Handwritten signatures and initials]



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

presenta en el catálogo, "**HARTMAN**", **SIN HACER REFERENCIA A LA FRECUENCIA 4094 HZ**", ofertando un juego de 5 piezas, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases, ni la junta de aclaraciones.

• **PARTIDA 41**

Se solicita en el ANEXO UNO "**ESPECULA AURICULAR ZOLLNER O FARRIOR OVALADO DE 5.5 X 6.5 MM 6.5 X 7.5 MM DE 7.5 X 8.5 MM DE 8.5 X 9.5 MM DE 9.5 X 10.5 MM Y DE 10.5 X 11.5 MM DE SEIS PIEZAS**" y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• **PARTIDA 42**

Se solicita en el ANEXO UNO "**ESPECULO NASAL HARTMANN JUEGO DE TRES PIEZAS LONGITUD DE 150 A 160 MM**", y el licitante presenta en su propuesta técnica "**ESPECULO NASAL HARTMANN JUEGO DE TRES PIEZAS**" SIN MENCIONAR LA LONGITUD y presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• **PARTIDA 43**

Se solicita en el ANEXO UNO "**ESPECULO NASAL YANKAUER LONGITUD DE 190 A 195 MM**" y el licitante presenta en su propuesta técnica "**ESPECULO NASAL YANKAUER**" SIN MENCIONAR LA LONGITUD SOLICITADA por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• **PARTIDA 45**

Se solicita en el ANEXO UNO "**ESPÉCULO RICHARDS PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIÁMETROS 6.5 7.0 7.5 Y 8.0 MM**" y el licitante presenta en su propuesta técnica "**PINZA AURICULAR FISCH EXTRAFINA**" SIN MENCIONAR LOS DIÁMETROS SOLICITADOS y presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• **PARTIDA 47**

Se solicita en el ANEXO UNO "**GANCHO FISCH PARA PLATINA LONGITUD DE LA PUNTA 0.2 MM**" y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• **PARTIDA 52**

Se solicita en el ANEXO UNO "**MICROTIJERA CURVA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE TRABAJO 230 MM**" y el licitante presenta en su propuesta técnica "**MINITIJERA SEGÚN KLEINSASSER CURVADA A LA DERECHA**", y en el catálogo presenta "**MINITIJERA SEGÚN KLEINSASSER CURVADA A LA DERECHA**", SIN MENCIONAR LA LONGITUD por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• **PARTIDA 53**

Se solicita en el ANEXO UNO "**MICROTIJERA CURVA HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE TRABAJO 230 MM**" y el licitante presenta en su propuesta técnica "**MINITIJERA SEGÚN KLEINSASSER CURVADA A LA IZQUIERDA**" y en el catálogo presenta "**MINITIJERA SEGÚN**

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

KLEINSASSER CURVADA A LA IZQUIERDA SIN MENCIONAR LA LONGITUD por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 54

Se solicita en el ANEXO UNO "**MICROTIJERA RECTA LONGITUD DE TRABAJO 230 MM**" y el licitante presenta en su propuesta técnica y catálogo "**MINITIJERA SEGÚN KLEINSASSER RECTA**" SIN MENCIONAR LA LONGITUD, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 59

Se solicita en el ANEXO UNO "**OSTEOTOMO COTTLE CORTE LINEAL BORDES ROMOS JUEGO DE SEIS RECTOS DE 2 4 6 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO**" y el licitante presenta en su propuesta técnica y catálogo "**COTTLE**" sin referenciar las medidas de 2, 6, 10 MM, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 65

Se solicita en el ANEXO UNO "**PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45° JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6 1.0 Y 1.3 MM DE DIÁMETRO**", y el licitante presenta en su propuesta técnica "**PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45° JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6 1.0 Y 1.3 MM DE DIÁMETRO**" y en el catálogo presenta "**BARBARA**" SIN EL DIÁMETRO DE 1.3 MM SOLICITADO, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases

• PARTIDA 66

Se solicita en el ANEXO UNO "**PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90° JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3 0.6 0.8 Y 1.0 MM DE DIÁMETRO**", y el licitante presenta en su propuesta técnica "**PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90° JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3 0.6 0.8 Y 1.0 MM DE DIÁMETRO**", y en el catálogo presenta "**BARBARA**" SIN REFERENCIAR EL DIÁMETRO DE 0.8 MM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 67

Se solicita en el ANEXO UNO "**PICAS O GANCHOS ANGULADOS A 25 GRADOS JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.3 MM 0.6 MM Y 1.0 MM EL DIÁMETRO DE PUNTA**", y el licitante presenta en su propuesta técnica "**PICAS O DEANC ANGULADOS A 90° JUEGO DE CUATRO MEDIDAS PIEZAS DE 0.3 0.6 0.8 Y 1.0 MM DE DIÁMETRO**" y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 70

Se solicita en el ANEXO UNO "**PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45° DEL NO. 1**", y el licitante presenta en su propuesta técnica "**WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45° DEL NO. 1**" y en el catálogo presenta "**WEIL-BLAKESLEY**" SIN MENCIONAR LOS GRADOS DE DIÁMETRO, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 71

Se solicita en el ANEXO UNO PINZA "**BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45° DEL NO. 2**", y el licitante en el catálogo presenta "**WEIL-BLAKESLEY**" SIN MENCIONAR LOS GRADOS DE DIÁMETRO, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

6/19



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 72

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY RECTA DEL NO. 2", y el licitante presenta en su propuesta técnica "WEIL-BLAKESLEY PINZA FIG. 390° 120 MM" y en el catálogo presenta "WEIL-BLAKESLEY SIN MENCIONAR LOS GRADOS DE DIAMETRO", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 73

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY RECTA DEL NO. 3", y el licitante presenta en su propuesta técnica "PINZA WEIL-BLAKESLEY RECTA DEL NO. 2" y en el catálogo presenta "PINZA NASAL SEGÚN WEIL-BLAKESLEY RECTA" SIN MENCIONAR DE QUE NUMERO ES, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 74

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA BLAKESLEY PUNTA OVAL DE 6 MM X 13 MM DE DIAMETRO QUIJADA ASERRADA LONGITUD DE ANGULO 100 MM LONGITUD DE TRABAJO 180 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "PINZA NASAL PUNTA OVAL QUIJADA ASERRADA LONGITUD 110 MM" LO QUE NO CORRESPONDE CON LA LONGITUD SOLICITADA y en el catálogo presenta "PINZA NASAL SEGUN WATSON WILLIAMS DENTADA RECTO DE 110 MM" LO QUE NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 75

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA COCODRILO CURVA HACIA LA DERECHA QUIJADAS ASERRADAS. LONGITUD DE TRABAJO 230 MM", y el licitante presenta en el catálogo "PINZA DE AGARRE SEGÚN KLEINSASSER ESTRIADA CURVADA A LA DERECHA", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 76

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA COCODRILO CURVA HACIA LA IZQUIERDA QUIJADAS ASERRADAS. LONGITUD DE TRABAJO 230 MM" y el licitante presenta en el catálogo "PINZA DE AGARRE SEGÚN KLEINSASSER ESTRIADA CURVADA A LA IZQUIERDA", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases

• PARTIDA 77

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA COCODRILO RECTA QUIJADAS ASERRADAS. LONGITUD DE TRABAJO 230 MM" y el licitante presenta en el catálogo "PINZA DE AGARRE SEGÚN KLEINSASSER ESTRIADA RECTA" por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 78

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA DE BIOPSIA COPA OVAL CON DIENTES 3 X 4" y el licitante presenta en su propuesta técnica "PINZA DE BIOPSIA" y en el catálogo presenta "PINZA SACABOCADOS PARA BIOPSIAS", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 79

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA DE BIOPSIA MALEABLE QUIJADAS EN FORMA DE COPA DE 4 MM DE DIAMETRO LONGITUD DE TRABAJO 180 MM", y el licitante presenta en su

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

7/19

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

propuesta técnica "*PINZA DE DOBLE CUCHARA LONGITUD DE TRABAJO DE 110 MM*", y en el catálogo presenta "*PINZA DE DOBLE CUCHARA SEGÚN BINNER CON BOCA PIRIFORME*", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 80

Se solicita en el ANEXO UNO "*PINZA DE BIOPSIA MUY FINA QUIJADAS EN FORMA DE COPA OVAL DE 3 MM DE DIAMETRO LONGITUD DE TRABAJO 140 MM*" y el licitante presenta en su propuesta técnica "*PINZA DE BIOPSIA DE 2.7 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 145 MM*", y en el catálogo presenta "*PINZA SACABOCADOS PARA BIOPSIAS*" por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 81

Se solicita en el ANEXO UNO "*PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM DE DIAMETRO*" y el licitante presenta en su propuesta técnica "*PINZA DE DOBLE CUCHARA*" y en el catálogo presenta "*PINZA DE DOBLE CUCHARA SEGÚN BINNER CON BOCA PIRIFORME*", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 82

Se solicita en el ANEXO UNO "*PINZA DE STRÜMPEL ANGULADA A 90° DE 100 MM LARGO DE VASTAGO*", y el licitante presenta en el catálogo "*MINIPINZA NASAL SEGÚN WEIL-BLAKESLEY CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90°*", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 83

Se solicita en el ANEXO UNO "*PINZA DE STRÜMPEL RECTA DE 100 MM LARGO DE VASTAGO*", y el licitante presenta en su propuesta técnica "*PINZA DE STRÜMPEL RECTA DE 80 MM LARGO DE VASTAGO*" y en el catálogo presenta "*MINIPINZA SEGÚN STRUMPEL FENESTRADA CON BOCA OVALADA EN FORMA DE CUCHARA DE 80MM*", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 85

Se solicita en el ANEXO UNO "*PINZA STAMBERGER MORDIDA POSTERIOR HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE TRABAJO 100 MM*" y el licitante presenta en su propuesta técnica "*PINZA STAMBERGER MORDIDA POSTERIOR HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE TRABAJO 105 MM*" y en el catálogo presenta "*PINZA SACABOCADOS GAMA "ERGOLINE" SEGÚN WOLF, GIRATORIA, CORTANTE A LA IZQUIERDA DE 105 CM*", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

- PARTIDA 86

Se solicita en el ANEXO UNO PINZA STRUMPEL-VOSS CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45° TAMAÑO 1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM y el licitante presenta en su propuesta técnica "*PINZA CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45° LONGITUD DE TRABAJO 100 MM*" y en el catálogo presenta "*MINIPINZA NASAL SEGÚN WEIL-BLAKESLEY CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45°*", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 87

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA WEIL BLAKESLEY PUNTA CURVA HACIA ARRIBA OVAL CON DIAMETRO DE 4.2 MM LONGITUD DE TRABAJO 110 MM", y en el catálogo presenta "WEIL BLAKESLEY 180MM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 88

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA WEIL BLAKESLEY PUNTA CURVA HACIA ARRIBA OVAL CON DIAMETRO DE 4.8 MM LONGITUD DE TRABAJO 110 MM", y el licitante presenta en su catálogo "WEIL BLAKESLEY 18CM" SIN HACER REFERENCIA A EL DIAMETRO SOLICITADO Y OFERTAR UNA LONGITUD DE TRABAJO DIFERENTE A LA SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 89

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA WEIL-BLAKESLEY CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 30° A 45 GRADOS 4 MM DE MORDIDA LONGITUD DE TRABAJO 100 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "PINZA WEIL-BLAKESLEY CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 30-1 A 45 GRADOS 4 MM DE MORDIDA LONGITUD DE TRABAJO 120 MM" y en el catálogo presenta "WEIL-BLAKESLEY 180 CM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 92

Se solicita en el ANEXO UNO "RINOSCOPIO VIENA CUATRO TAMAÑOS", y el licitante presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 93

Se solicita en el ANEXO UNO "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM LONGITUD TOTAL 136 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM" OMITE LA LONGITUD TOTAL SOLICITADA y presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 94

Se solicita en el ANEXO UNO "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM LONGITUD TOTAL 136 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM", y presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 95

Se solicita en el ANEXO UNO "TIJERA NASAL RECTA DE 130 MM DE LARGO DE VASTAGO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "COTTLE TIJERAS NAsALES CURVA-16CM", y presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

➤ Artículos Médicos Dacasa, S.A. de C.V., se desecha su propuesta, para las siguientes partidas toda vez que incumple con los siguientes puntos:

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

9/19



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Punto 5.2.1, de las bases, donde se solicita "La descripción detallada de los bienes ofertados, considerando la partida, clave del artículo, unidad de medida y cantidad solicitada en el ANEXO UNO..."; así como numeral 5 del ANEXO UNO A, donde se solicita que "Deberá presentar catálogos, manuales o instructivos originales o copia sencilla legible, anotando en el documento el número de partida correspondiente, haciendo referencia a la descripción técnica del ANEXO UNO", conforme a lo siguiente:

• PARTIDA 1

Se solicita en el ANEXO UNO "ABREBOCA JENNINGS CON CREMALLERA ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO TAMAÑO ESTANDAR", y el licitante presenta en su propuesta técnica "JENNINGS ABREBOCAS CON CREMALLERA MEDIANO 11.4 CM DE APERTURA", y el en el catálogo presenta "JENNINGS ABREBOCAS CON CREMALLERA" POR LO QUE NO ESPECIFICA EL TAMAÑO ESTANDAR", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 3

Se solicita en el ANEXO UNO "ADENOTOMO BECKMANN TRES TAMAÑOS DE ACERO INOXIDABLE", y el licitante presenta en su propuesta técnica y catálogo "ROSSEN ADAPTADOR PARA CANULA", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 4

El licitante no presenta el catalogo del bien solicitado, por lo que no cumple con los requisitos solicitados en bases.

• PARTIDA 9

Se solicita en el ANEXO UNO "AMIGDALOTOMO TYDING RECTO DE ASA DE ALAMBRE CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS", y el licitante en su propuesta técnica y catalogo OMITI LA CARÁCTERISTICA DE ASA DE ALAMBRE, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 12

Se solicita en el ANEXO UNO "BISTURI JORDAN DE ACERO INOXIDABLE", y el licitante presenta en su propuesta técnica y en el catálogo "JOSHEP CUCHILLO ABOTONADO NASAL 15.2 CM RECTO HOJA DE 29 MM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 15

Se solicita en el ANEXO UNO "BISTURI QUIRURGICO DE CORTE TRANSVERSAL DOBLE EXTREMO CON PUNTA ANGULADAS A 90 GRADOS", y el licitante presenta en su propuesta técnica y en el catálogo "JOSEPH CUCHILLO ABOTONADO NASAL 16.5 CM ANGULADO HOJA DE 9 MM", NO PRESENTA EL DOBLE EXTREMO, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 18

Se solicita en el ANEXO UNO "CANULA DE ASPIRACION PLESTER ANGULADA CON MANDRIL DE 5 FR. (1.65 MM) DE DIAMETRO", y el licitante presenta catálogo en el que oferta "PLESTER CANULA DE ASPIRACION ANGULADA, CON MANDIL 1.65 MM 7 FR", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 19

Se solicita en el ANEXO UNO PLESTER CANULA DE ASPIRACION ANGULADA CON MANDRIL DE 7 Y 9 FR. (2.3 Y 3.0 MM) DE DIAMETRO, y el licitante en su propuesta técnica y catálogo OMITE LOS DIÁMETROS SOLICITADOS, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 24

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHARILLA HALLE CON TALLO FLEXIBLE Y COPA DE 7, 9 Y 11 MM DE TRES PIEZAS", y el licitante presenta en su propuesta "HALLE CUCHARILLA FLEXIBLE JUEGO DE 3 PIEZAS COPA DE 7, 9 Y 11 MM", SIN CONTAR CON TALLO por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 25

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHARILLA JANSEN DE DOBLE EXTREMO DE 150 A 160 MM DE LONGITUD", y el licitante presenta catálogo en el que indica "JENSEN CUCHARILLA CORTANTE DOBLE EXTREMO 3.0 MM Y 5.0 MM DE DIAMETRO REDONDAS LONGITUD 17.0 CM" QUE ES DIFERENTE A LOS DIAMETROS SOLICITADOS, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 26

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHARILLA LEMPERT 20 CM DE LONGITUD NUMERO 0, 00, 1 Y 2 DE CUATRO PIEZAS", y el licitante no cumple en su propuesta técnica ya que NO PRESENTA LA LONGITUD SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada en bases.

• PARTIDA 27

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO DESARTICULADOR CON EXTREMO DISTAL ANGULADO A 20 GRADOS DE 05 MM DE ANCHO X 15 MM DE LARGO LONGITUD TOTAL 163 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica y en el catalogo "CONVERSE BISTURI ABOTONADO (5.5 CM CURVO HOJA DE 29 CM)", por lo que no cumple en bases.

• PARTIDA 33

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO KLEINSASSER RECTO PUNTA OVAL", y el licitante presenta en su propuesta técnica "CUCHILLO KLEINSASSER RECTO" y en el catálogo presenta "KLEINSASSER CUCHILLO RECTO" NO PRESENTA LA PUNTA OVAL, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 36

Se solicita en el ANEXO UNO "CUCHILLO TABB DOBLE EXTREMO HOJA OVALADA DE 0.9 X 11 MM DE DIAMETRO ANGULADO A 45°. LONGITUD TOTAL 160 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "TABB CUCHILLO DOBLE ANGULADO A 90 GRADOS EN EXTREMO LONGITUD TOTAL 16.0 CM" y en el catálogo presenta "TABB CUCHILLO DOBLE EXTREMO CORTE OVAL DE 0.9-1.1 MM ANGULADO 45° LONGITUD TOTAL 16.8 CM GRADOS EN EXTREMO LONGITUD TOTAL 16.0 CM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

[Handwritten signatures and initials]

11/19



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 40

El licitante no presenta el catalogo del bien solicitado, por lo que no cumple con los requisitos solicitados en bases.

• PARTIDA 41

Se solicita en el ANEXO UNO "ESPECULA AURICULAR ZOLLNER O FARRIOR OVALADO DE 5.5 X 6.5 MM 6.5 X 7.5 MM DE 7.5 X 8.5 MM DE 8.5 X 9.5 MM DE 9.5 X 10.5 MM Y DE 10.5 X 11.5 MM DE SEIS PIEZAS"; y el licitante presenta en su propuesta técnica "JUEGO SPECULA AURICULAR FARRIOR OVALADO JUEGO DE SEIS PIEZAS", SIN SEÑALAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS y presenta catálogo, en el que no se especifican ni referencian la descripción detallada ni características solicitadas, por lo que no cumple con lo solicitado en bases, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 44

Se solicita en el ANEXO UNO "ESPÉCULO RICHARDS PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIÁMETROS 6.5 7.0 7.5 Y 8.0 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "FARRIOR OTOSCOPIO OVAL OBLICUO JUEGO DE 4 PIEZAS DIAMETROS 6.5 7.0 7.5 Y 8.0 MM", por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 52

Se solicita en el ANEXO UNO "MICROTIJERA CURVA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE TRABAJO 230 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica y catalogo "KLEINSASSER INSTRUMENTAL MICROLARINGEO LONGITUD DE TRABAJO 23.0 CM TIJERA CURVA DERECHA HOJA DE 4.5 MM", por lo que no cumple con lo solicitado en bases.

• PARTIDA 53

Se solicita en el ANEXO UNO, "MICROTIJERA CURVA HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE TRABAJO 230 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "KLEINSASSER INSTRUMENTAL MICROLARINGEO SIN MENCIONAR LA LONGITUD", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases

• PARTIDA 54

Se solicita en el ANEXO UNO "MICROTIJERA RECTA LONGITUD DE TRABAJO 230 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica y catalogo "KLEINSASSER INSTRUMENTAL MICROLARINGEO LONGITUD DE TRABAJO 23.0 CON TIJERA RECTA HORIZONTAL HOJA DE 4.5 CM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 55

Se solicita en el ANEXO UNO "OSTEOTOMO ASCH DOBLE GUARDA 10 CM DE LONGITUD", y el licitante presenta en su propuesta técnica "CINELLI-ASCH OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 10 MM DE ANCHO RECTO" y en el catálogo presenta "CINELLI OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 CM", CONTRARIA A LA LONGITUD SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 56

Se solicita en el ANEXO UNO "OSTEOTOMO ASCH DOBLE GUARDA 12 CM DE LONGITUD", y el licitante presenta en su propuesta técnica "CINELLI-ASCH OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 12 MM DE ANCHO RECTO" y en el catálogo presenta "CINELLI OSTEOTOMO DOBLE

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.



“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

GUARDA 16.5 CM”, CONTRARIA A LA LONGITUD SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 57

Se solicita en el ANEXO UNO **“OSTEOTOMO ASCH DOBLE GUARDA 14 CM DE LONGITUD”,** y el licitante presenta en su propuesta técnica **“CINELLI-ASCH OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 14 MM DE ANCHO RECTO”** y en el catálogo presenta **“CINELLI OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 CM”,** CONTRARIA A LA LONGITUD SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 58

Se solicita en el ANEXO UNO **“OSTEOTOMO ASCH DOBLE GUARDA 16 CM DE LONGITUD”,** y el licitante presenta en su propuesta técnica **“CINELLI-ASCH OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 16 MM DE ANCHO RECTO”** y en el catálogo presenta **“CINELLI OSTEOTOMO DOBLE GUARDA 16.5 CM”,** CONTRARIA A LA LONGITUD SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 59

Se solicita en el ANEXO UNO **“OSTEOTOMO COTTLE CORTE LINEAL BORDES ROMOS. JUEGO DE SEIS RECTOS DE 2 4 6 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO”,** y el licitante presenta en su propuesta **“COTTLE CINCEL (OSTEOTOMOS) JUEGO DE 6 RECTOS DE 2 4 6 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM”** y en el catálogo presenta **“COTTLE CINCEL OSTEOTOMOS DE 18.0 CM GRADUADO A 2, 3, 4, Y 5 CM JUEGO DE 6 OSTEOTOMOS 2, 4, 6, 10, Y 12 MM” SIN REFERENCIAR EL CURVO DE 6 MM DE ANCHO,** por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 66

Se solicita en el ANEXO UNO **“PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90° JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3 0.6 0.8 Y 1.0 MM DE DIAMETRO”,** y el licitante no presenta en el catálogo LAS MEDIDAS SOLICITADAS, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 79

Se solicita en el ANEXO UNO **“PINZA DE BIOPSIA MALEABLE QUIJADAS EN FORMA DE COPA DE 4 MM DE DIAMETRO LONGITUD DE TRABAJO 180 MM”,** y el licitante presenta en su propuesta **“TRAUMA PINZA PARA BIOPSIA LONGITUD DE TRABAJO 13.0 CM DOBLE ACCION QUIJADAS DE 4 MM RECTA”** y en el catálogo presenta **“TRAUMA PINZA TROQUEL PARA BIOPSIA LONGITUD DE TRABAJO 13.0 CM DOBLE ACCION QUIJADAS DE 4 MM”,** por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 80

Se solicita en el ANEXO UNO **“PINZA DE BIOPSIA MUY FINA QUIJADAS EN FORMA DE COPA OVAL DE 3 MM DE DIAMETRO LONGITUD DE TRABAJO 140 MM”,** y el licitante presenta en su propuesta técnica **“TRAUMA PINZA PARA BIOPSIA LONGITUD DE TRABAJO 13.0 CM DOBLE ACCION QUIJADAS DE 4 MM ANGULO VERTICAL 70°”** y en el catálogo presenta **“TRAUMA PINZA PARA BIOPSIA LONGITUD DE TRABAJO 13.0 CM DOBLE ACCION QUIJADAS DE 4 MM ANGULO VERTICAL 70°”,** por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

13/19



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 81

Se solicita en el "ANEXO UNO PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM DE DIAMETRO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "BLAKESLEY PINZA LONGITUD DE TRABAJO 11.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS RECTA TAMAÑO 0 QUIJADA DE 3.5 MM" y en el catálogo presenta "BLAKESLEY PINZA LONGITUD DE TRABAJO 11.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS RECTA TAMAÑO 0 QUIJADA DE 3.5 MM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases

• PARTIDA 82

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA DE STRÜMPEL ANGULADA A 90° DE 100 MM LARGO DE VASTAGO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "STRUMPEL PINZA PEDIATRICA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS DE 2.4 MM 90° ANGULADA HACIA ARRIBA" y en el catálogo presenta "STRUMPEL PINZA PEDIATRICA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS DE 2.4 MM 90° ANGULADA HACIA ARRIBA", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases

• PARTIDA 83

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA DE STRÜMPEL RECTA DE 100 MM LARGO DE VASTAGO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "STRÜMPEL PINZA PEDIATRICA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS DE 2.4 MM RECTA" y en el catálogo presenta "STRÜMPEL PINZA PEDIATRICA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS DE 2.4 MM RECTA", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 85

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA STAMBERGER MORDIDA POSTERIOR HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE TRABAJO 100 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "OSTRUM PUNCHS PARA SUCCION DE ANTRUM PARA BIOPSIA Y AGARRE MORDIDA DERECHA 2.5 MM DE MORDIDA CORTANTE LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM" y en el catálogo presenta "OSTRUM PUNCHS PARA SUCCION DE ANTRUM PARA BIOPSIA Y AGARRE MORDIDA DERECHA 2.5 MM DE MORDIDA CORTANTE MORDIDA ARRIBA", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 86

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA STRUMPEL-VOSS CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45° TAMAÑO 1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "STRÜMPEL PINZA PEDIATRICA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS DE 2.4 MM 45° ANGULADA HACIA ARRIBA" y en el catálogo presenta "STRÜMPEL PINZA PEDIATRICA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADAS FENESTRADAS DE 2.4 MM 45° ANGULADA HACIA ARRIBA" por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 87

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA WEIL BLAKESLEY PUNTA CURVA HACIA ARRIBA OVAL CON DIAMETRO DE 4.2 MM LONGITUD DE TRABAJO 110 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "WEIL BLAKESLEY PINZA TAMAÑO 1 ANGULADA 45 GRADOS HACIA ARRIBA QUIJADA FENESTRADA DE 4.2 MM LONGITUD DE TRABAJO 11.0 CM". y en el catálogo presenta "BLAKESLEY WEIL BLAKESLEY PINZA LONGITUD DE TRABAJO 10.0 CM QUIJADA FENESTRADA" SIN PRESENTAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

• PARTIDA 88

Se solicita en el ANEXO UNO "PINZA WEIL BLAKESLEY PUNTA CURVA HACIA ARRIBA OVAL CON DIAMETRO DE 4.8 MM LONGITUD DE TRABAJO 110 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "WEIL BLAKESLEY PINZA TAMAÑO 2 ANGULADA 45 GRADOS HACIA ARRIBA QUIJADA FENESTRADA DE 4.8 MM LONGITUD DE TRABAJO 11.0 CM". y en el catálogo presenta "WEIL BLAKESLEY PINZA TAMAÑO 2 ANGULADA 45 GRADOS HACIA ARRIBA QUIJADA FENESTRADA DE 4.8 MM LONGITUD DE TRABAJO 11.0 CM". SIN HACER REFERENCIA A EL DIAMETRO SOLICITADO, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 93

Se solicita en el ANEXO UNO "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM LONGITUD TOTAL 136 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "BELLUCI TIJERAS CAIMAN 7.6 CM HOJAS DE 6 MM CURVA DERECHA" y en el catálogo presenta "BELLUCI TIJERAS CAIMAN VASTAGO DE 7.6 CM HOJAS DE 6.0 MM 14.5 CM DE LONGITUD TOTAL" CONTRARIA A LA LONGITUD SOLICITADA, por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 94

Se solicita en el ANEXO UNO "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA IZQUIERDA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM LONGITUD TOTAL 136 MM", y el licitante presenta en su propuesta técnica "TIJERA BELLUCI CURVADA HACIA LA DERECHA LONGITUD DE LAS HOJAS 7.0 MM" y en el catálogo presenta "RAGNEL (KILNER) TIJERA SUB DERMICA VASTAGO DE 13.0 CM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases.

• PARTIDA 95

Se solicita en el ANEXO UNO "TIJERA NASAL RECTA DE 130 MM DE LARGO DE VASTAGO", y el licitante presenta en su propuesta técnica "RAGNELL (KILNER) TIJERA SUBDERMICA RECTA 14.5 CM DE LONGITUD" y en el catálogo presenta "RAGNELL (KILNER) TIJERA SUBDERMICA RECTA 13.0 CM", por lo que no cumple con la descripción detallada solicitada en bases

Propuestas que se aceptan:

De conformidad con los artículos 37 de la Ley y 87 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones y Servicios acepta las siguientes propuestas como a continuación se menciona:

- Dewimed, S.A., se acepta su propuesta, para las partidas 5 y 6 toda vez que cumplen técnica y administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases.
- Artículos Médicos Dacasa, S.A. de C.V., se acepta su propuesta, para las partidas 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 68, 75, 78, 84, 90 y 91 toda vez que cumplen técnica, administrativa y económicamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases y para las partidas 10, 11, 17, 23, 42, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 89 y 92 toda vez que cumple técnica y administrativamente con las características, descripción y requisitos solicitados en bases.

Asimismo y derivado de la evaluación del Comité de Adquisiciones y Servicios, se determinó que los precios ofertados por el licitante; Artículos Médicos Dacasa, S.A. de C.V., para las partidas 10, 11, 17, 23, 42, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 89 y 92; no resultan convenientes al encontrarse por arriba de los precios de mercado captados por el Área de Precios de Referencia del Departamento de Adquisiciones

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

15/19



“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

de este Instituto, por lo que se le dio a conocer el precio unitario de referencia al representante del licitante, a fin de que de considerarlo conveniente presentaran una nueva propuesta económica.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento de contraoferta sin contar con la asistencia del representante del licitante Dewimed, S.A. y en el cual el representante del licitante Artículos Médicos Dacasa, S.A. de C.V., contraofertó las partidas 69, 74 y 76, de igual forma manifestó por escrito no ser de su interés contraofertar las partidas 10, 11, 17, 23, 42, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 89 y 92.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO DE REFERENCIA I.V.A. INCLUIDO		PRECIO ORIGINALMENTE OFERTADO I.V.A. INCLUIDO		NUEVO PRECIO OFERTADO I.V.A. INCLUIDO	
			PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
69	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION CON CANAL DE ASPIRACION	8	\$7,582.50	\$60,660.00	\$8,166.40	\$65,331.20	\$7,582.50	\$60,660.00
74	PINZA BLAKESLEY PUNTA OVAL DE 6 MM X 13 MM DE DIAMETRO QUIJADA ASERRADA LONGITUD DE ANGULO 100 MM LONGITUD DE TRABAJO 180 MM	8	\$7,582.50	\$60,660.00	\$8,574.72	\$68,597.76	\$7,582.50	\$60,660.00
76	PINZA COCODRILO CURVA HACIA LA IZQUIERDA QUIJADAS ASERRADAS. LONGITUD DE TRABAJO 230 MM	6	\$7,755.87	\$46,535.22	\$9,475.07	\$56,850.39	\$7,755.87	\$46,535.22

Como resultado de las contraofertas proporcionadas por el licitante, las nuevas propuestas se encuentran dentro de los precios de mercado.

El Secretario Ejecutivo, señala que ninguno de los Integrantes del Comité emitió comentarios adicionales al respecto.

En base a lo anterior el Comité de Adquisiciones y Servicios emitió el Dictamen de Adjudicación respectivo, emitiendo el siguiente acuerdo.

ACUERDO: 001/SE/029/2016

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, dictaminan adjudicar el objeto de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/025/2016, a favor del licitante Artículos Médicos Dacasa, S.A. de C.V., por haber resultado sus propuestas solventes al cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases, así como ofertar el precio más bajo y resultar convenientes sus propuestas y contraofertas económicas presentadas para las partidas que se indican:

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

Partidas	Precio Unitario	Importe Total I.V.A Incluido
2	\$918.72	\$7,349.76
5	\$3,619.20	\$14,476.80
6	\$3,619.20	\$14,476.80
7	\$1,356.96	\$13,569.56
13	\$4,825.60	\$19,302.40
14	\$4,825.60	\$19,302.40
16	\$979.97	\$5,879.81
20	\$714.56	\$5,716.48
21	\$1,837.44	\$18,374.40
28	\$2,931.55	\$17,589.31
29	\$918.72	\$7,349.76
30	\$3,619.20	\$14,476.80
31	\$3,619.20	\$14,476.80
32	\$3,619.20	\$14,476.80
34	\$3,062.40	\$18,374.40
35	\$3,062.40	\$18,374.40
43	\$1,633.28	\$13,066.24
46	\$1,224.96	\$7,349.76
47	\$1,837.44	\$11,024.64
48	\$1,751.45	\$10,508.70
49	\$1,596.07	\$6,384.27
50	\$2,449.92	\$14,699.52
51	\$2,449.92	\$14,699.52
60	\$1,837.44	\$7,349.76
61	\$2,449.92	\$14,699.52
62	\$2,449.92	\$14,699.52
63	\$2,449.92	\$14,699.52
68	\$1,964.25	\$15,714.01
69	\$7,582.50	\$60,660.00
74	\$7,582.50	\$60,660.00
75	\$9,475.07	\$56,850.39
76	\$7,755.87	\$46,535.22
78	\$12,486.24	\$74,917.44
84	\$7,349.76	\$44,098.56
90	\$1,531.20	\$12,249.60
91	\$1,531.20	\$12,249.60
TOTAL I.V.A. INCLUIDO		\$736,682.47

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

[Handwritten signatures and initials]



“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

Por lo que se le adjudica un importe total de \$736,682.47 (setecientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y dos pesos 47/100 M.N.) I.V.A. incluido.

ACUERDO: 002/SE/029/2016

Así mismo los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, de conformidad con el artículo 41 de la Ley, declaran desiertas las partidas 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 94 y 95, en virtud de que las propuestas presentadas no cumplieron los requisitos solicitados en bases; así como las partidas 10, 11, 17, 23, 42, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 89 y 92 en virtud de que los precios ofertados por los licitantes se encontraron por arriba del precio de mercado y no fueron contraofertados.

No habiendo otr o asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo dio lectura en voz alta al contenido de la presente acta y dio por terminada la Sesión Extraordinaria número CAS/029E/16, a las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y los representantes que en ella intervinieron, para debida constancia legal, la falta de alguna firma no invalida el contenido y efectos de la presente acta.

PRESIDENTE SUPLENTE

JESICA DAYANIRA CHERIZOLA ESPINOSA

SECRETARIO EJECUTIVO

JOSÉ EMMANUEL MARTÍNEZ COTERO

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA EN SU CALIDAD DE VOCAL SUPLENTE

MA. ANGÉLICA ANIDES ELIZALDE

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN SU CALIDAD DE VOCAL SUPLENTE

PEDRO RAMÍREZ DEL ÁNGEL



“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

REPRESENTANTE DE LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
EN SU CALIDAD DE VOCAL SUPLENTE
(ÁREA USUARIA)

YALI ORIHUELA CAMACHO

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CAS/029E/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016.

19/19

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

